	<b>MANUAL</b>	Código do Documento	Página
		MAN.DT.003	1 / 2
<b>MANUAL DE USO DO EQUIPAMENTO MANTA TÉRMICA – WARM TOUCH</b>	Especialidade	Revisão	
	Direção Técnica		

**AÇÕES NECESSÁRIAS PARA INDICAÇÃO DA MANTA TÉRMICA**

Técnico de enfermagem ou enfermeiro	Avaliar a temperatura do paciente, conforme protocolo específico (PROT.DT.018 - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA AURICULAR COM TERMÔMETRO TIMPÂNICO ou PROT.DT.019 - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR COM TERMÔMETRO DIGITAL);
	Identificar pacientes com hipotermia, onde esteja indicado o uso da manta térmica;
	Identificar pacientes cirúrgicos onde esteja indicado o uso profilático da manta durante o procedimento cirúrgico (idosos > 60 anos, crianças e procedimentos com tempo previsto acima de 1 hora);
	Identificar pacientes pós parada cardíaca que esteja indicado uso da manta para resfriamento (usar a manta a 34°C);
Médico	Preencher e assinar o relatório para uso da manta térmica.

**DESCRIÇÃO DO USO**

Colocar um lençol sobre o paciente (não colocar a manta em contato direto com a pele, para reduzir a contaminação das mesmas com secreção e sangue);

Colocar a manta sobre o lençol com os furos voltados para o lado do paciente (pode ser colocado outro lençol ou cobertor acima da manta);

Prender a manta no cano corrugado por meio do clip plástico na parte azul do conector;  
**OBSERVAÇÃO:** No cano corrugado tem uma presilha que pode prender o cano no colchão para não ficar escorregando.



Conectar o aparelho na tomada, de acordo com a voltagem indicada;  
**ATENÇÃO! Existem mantas de voltagem 110V e 220V. SEMPRE VERIFICAR A VOLTAGEM INDICADA NO APARELHO ANTES DE CONECTÁ-LO;**


Ligar o aparelho, apertando o botão redondo ao lado esquerdo da telinha principal (uma luzinha verde se acenderá);

Após ligar, escolher a temperatura de aquecimento do paciente, apertando o botão ao lado da sua opção.

**ATENÇÃO!** Seguir orientação abaixo.



<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprovado por:</b>	<b>Validado por:</b>
MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico	TATIANA CARLA M. SANTANA Gerente de Enfermagem	LAÍS EMANUELLE PASSOS Gerente de Qualidade e CCIH
<b>Data: 21/02/2020</b>	<b>Data: 21/02/2020</b>	<b>Data: 01/03/2020</b>

	<b>MANUAL</b>	<b>Código do Documento</b>	<b>Página</b>
		MAN.DT.003	2 / 2
<b>MANUAL DE USO DO EQUIPAMENTO</b> <b>MANTA TÉRMICA – WARM TOUCH</b>	<b>Especialidade</b>	<b>Revisão</b>	
	Direção Técnica		

TEMPERATURA ESCOLHIDA	INDICAÇÃO	TEMPERATURA REAL QUE ESTARÁ CHEGANDO AO PACIENTE
<b>40 ° C</b>	Escolha preferencial: para aquecer pacientes com hipotermia leve (34,5 a 35,9 ° C) em que não há urgência para normotermia rápida	38 ° C
<b>45 ° C</b>	Temperatura alta: usar para aquecer pacientes com hipotermia moderada (32 a 34,4 ° C)	42 ° C
<b>47 ° C</b> <i>Obs.: após 45 minutos passará automaticamente para 45 ° C</i>	Temperatura MUITO ALTA: utilizar em pacientes com hipotermia importante (< 32 ° C) ou quando se quer aumento rápido da temperatura (ex.: paciente instável e hipotérmico em pós-operatório)	44 ° C
<b>34 ° C</b>	Usada para manter hipotermia ou normotermia terapêutica pós PCR	32 ° C
Botão desligar calor (abaixo do botão ventiladorzinho)	Usada para promover o resfriamento do paciente	Temperatura ambiente

Após 10 minutos, conferir a temperatura do paciente e ajustar conforme necessário (cuidado para não promover hipertermia). Geralmente em 6 minutos já ocorre a normalização da temperatura;

Se quiser parar o aquecimento temporariamente, sem desligar o aparelho, apertar o botão ventilador e entra em modo de espera (o valor da temperatura será substituído por dois tracinhos na telinha);



Para desligar, apertar novamente o botão redondinho.

#### CUIDADOS GERAIS

- Em caso de sujidade, limpar com álcool 70%;
- Não descartar a manta após o uso, caso não esteja com sangue ou secreções visíveis;
- Em caso de ficar piscando um sinal no formato de triângulo na tela e o aparelho ficar apitando, retirar a manta do paciente, desligar o aparelho e aguardar manutenção do mesmo;
- Após o uso, enrolar os fios atrás do aparelho e encaixar a parte azul da mangueira corrugada no encaixe próprio do aparelho e colocar a capa protetora.

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Manual do Equipamento

Elaborado por:	Aprovado por:	Validado por:
MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico	TATIANA CARLA M. SANTANA Gerente de Enfermagem	LAÍS EMANUELLE PASSOS Gerente de Qualidade e CCIH
Data: 21/02/2020	Data: 21/02/2020	Data: 01/03/2020